



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC,ELM-6367 – Revisão 02

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 19/11/2009

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 19/11/2004

Effectuated/Efectivado

Produto:

Product/Productos

ELETROENCEFALÓGRAFO

Modelo: Neuromap EQSA240

Alimentação elétrica: 127 – 220 Vca – 50/60 Hz

Classe I, Parte aplicada Tipo BF, IPX0

Solicitante:

Applicant/Solicitante

NEUROTEC EMP. DE PESQ. E DESENV. EM BIOMEDICINA LTDA.

Rua Cordilheira dos Andes, 200 - Distrito Industrial

CEP: 37500-970 – Itajubá – MG

CNPJ: 23.864.093/0001-06

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

NEUROTEC EMP. DE PESQ. E DESENV. EM BIOMEDICINA LTDA.

Rua Cordilheira dos Andes, 200 - Distrito Industrial

CEP: 37500-970 – Itajubá – MG

CNPJ: 23.864.093/0001-06

Normas Técnicas:

Standards/Normas

NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 1:1997;

NBR IEC 60601-2-26:1997; NBR IEC 60601-1-1:1997 e

NBR IEC 60601-1-2:1997.

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida



Concessão:

Concession/Concesión

Licença para Uso da Marca do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade de acordo com as prescrições da Portaria 086 de Abril de 2006 - INMETRO.

Nos termos da Resolução nº 32 de 29 de maio de 2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 02 de Abril de 2008.


Superintendente Técnico
Technical Superintendent / Superintendente Técnico


Coordenador de Certificação
Certification Coordinator/Coordenador de Certificación