



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC,ELM-5483 – Revisão 03

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 12/09/2013*

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 31/10/2003

Effectuated/Efectivado

Produto:

Product/Producto

ELETROENCEFALÓGRAFO

Modelo: Neuromap 40i

Alimentação elétrica: 5 Vcc por intermédio de porta USB de microcomputador

Classe I, Partes aplicadas Tipo B

Acessório: Foto Estimulador – EQFE205

Solicitante:

Applicant/Solicitante

NEUROTEC EMP. DE PESQ. E DESENV. EM BIOMEDICINA LTDA.

Rua Cordilheira dos Andes, 200 – Distrito Industrial

37504-109 – Itajubá – MG

CNPJ: 23.864.093/0001-06

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

NEUROTEC EMP. DE PESQ. E DESENV. EM BIOMEDICINA LTDA.

Rua Cordilheira dos Andes, 200 – Distrito Industrial

37500-970 – Itajubá – MG

CNPJ: 23.864.093/0001-06

Normas Técnicas:

Standards/Normas

NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 1:1997;

NBR IEC 60601-2-26:1997; NBR IEC 60601-1-1:2004 e

NBR IEC 60601-1-2:2006.

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida



Concessão:

Concession/Concesión


Licença para Uso da Marca do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade de acordo com as prescrições da Portaria 086 de Abril de 2006 - INMETRO.

Nos termos da Resolução nº 32 de 29 de maio de 2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 15 de Setembro de 2008.


Marcos Zevzikovas
Superintendente Técnico
Technical Superintendent / Superintendente Técnico


Edison Domingues de Oliveira
Coordenador de Certificação
Certification Coordinator / Coordinador de Certificación